Kit de liquides pour tests Aptima (Tigris™ DTS™ System)

Pour diagnostic *in vitro*.

Usage prévu

Le kit de liquides pour tests Aptima s'utilise avec les tests Aptima sur le Tigris DTS System. Utilisez le kit de liquides pour tests conformément aux instructions figurant dans la notice de test correspondante ainsi que celles du *Manuel de l'opérateur du Tigris DTS System*.

Réactifs

Les réactifs du kit de liquides pour tests sont indiqués ci-dessous pour le Tigris DTS System. Les symboles d'identification des réactifs figurent également à côté du nom du réactif.

Matériel fourni

Remarque: *Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.*

Kit de liquides pour tests Aptima (1 boîte) (référence 302382)

Symbole	Composant	Quantité	Description
W	Solution de lavage Aptima	1 x 2,9 l	*10 mM de solution tamponnée HEPES contenant moins de 2 % de conservateurs*
O	Réactif huileux Aptima	1 X 260 ml	Huile de silicone
DF	Tampon Aptima pour solution de désactivation	1 x 1,4 l	800 mM *de solution tamponnée de bicarbonate. Doit être mélangée au 1/1 avec de la javel (hypochlorite de sodium avec une concentration de 5 % à 7 %) avant l'emploi*

Matériel requis mais non fourni

Kit(s) de test Aptima approprié(s)

Tigris DTS System

Javel ménagère (hypochlorite de sodium avec une concentration de 5 % à 7 %)

Matériel disponible chez Hologic

Kit(s) de test Aptima approprié(s)

Tigris DTS System (référence 105118)

Avertissements et précautions

A. Les liquides du kit ne sont pas corrosifs.

B. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles. Ne pas pipeter par la bouche ; ne pas manger, boire ou fumer dans l'aire de travail du laboratoire. Lavez-vous soigneusement les mains après manipulations des liquides pour tests Aptima.

C. Evitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima.

D. Ne pas remplir les récipients de liquides pour tests à ras bord.

Conditions de conservation et de manipulation

A. Les liquides pour tests Aptima restent stables jusqu'à la date de péremption lorsqu'ils sont conservés entre 15 °C et 30 °C avant ouverture.

B. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. **Ne pas congeler**. Une fois ouverts, les liquides pour tests Aptima restent stables pendant 30 jours lorsqu'ils sont conservés à température ambiante.

C. Les liquides pour tests Aptima peuvent être utilisés entre 15 °C et 30 °C et 20 % à 85 % d'humidité relative.

Remarques concernant la procédure

Solution de désactivation

Versez de la javel non diluée dans un flacon vide de solution de désactivation Tigris DTS System jusqu'à ce que le niveau de liquide se situe entre les deux lignes indicatrices du flacon. Ouvrez un nouveau flacon de tampon pour solution de désactivation et versez le contenu dans le flacon pour solution de désactivation. Après avoir ajouté le tampon pour solution de désactivation, vérifiez que le niveau de liquide se situe au-dessus du repère de remplissage total minimum du flacon de la solution de désactivation. La solution de désactivation reste stable pendant 30 jours lorsqu'elle est conservée à température ambiante (15 °C à 30 °C) et jusqu'à 14 jours une fois chargée sur le Tigris DTS System.

Limites

Le test doit être effectué, et les résultats interprétés conformément aux procédures de la notice de test du kit approprié et à celles du *Manuel de l'opérateur du Tigris DTS System*.

Les écarts par rapport à ces procédures peuvent donner des résultats non fiables. Les solutions pour tests Aptima périmées peuvent produire des résultats erronés.

Valeurs attendues

Veuillez vous référer à la notice de test appropriée pour les résultats attendus.

IVD CE

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Service clients: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

©2001- 2015 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

501530FR Rév. 001
2015-01